Nº / ANO DA PROPOSTA:
066522/2025

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
A proposta demonstra o interesse recíproco entre o ente público e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, instituição filantrópica localizada em Lagarto/SE - CNES 2421518, ao contribuir para o fortalecimento da rede hospitalar do SUS. A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes contempla itens destinados à substituição de equipamentos defasados e os demais serão destinados à qualificação da infraestrutura existente, alinhando-se às diretrizes do Ministério da Saúde e ao interesse público

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Fortalecer a Atenção Especializada à Saúde por meio da qualificação da infraestrutura hospitalar, assegurando condições adequadas para um atendimento humanizado, resolutivo e eficiente, conforme as políticas do SUS e as diretrizes da Rede de Atenção Hospitalar. A proposta inclui equipamentos destinados à substituição e à qualificação da estrutura física já existente.

PÚBLICO ALVO:
População do município de Lagarto/SE e de municípios da região que utilizam os serviços do Hospital Nossa Senhora da Conceição, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco em pacientes que demandam atenção hospitalar de média e alta complexidade.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
A substituição dos equipamentos defasados é essencial para reduzir a demanda reprimida e o tempo de espera, aprimorando a resolutividade nos cuidados intensivos, hemodiálise, atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos. Os equipamentos destinados à qualificação da unidade fortalecem a eficiência, a segurança e a confiabilidade dos processos já consolidados, assegurando a continuidade e o aperfeiçoamento dos serviços prestados.

RESULTADOS ESPERADOS:
Com a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes parte destinados à substituição e parte destinados à qualificação da infraestrutura existente espera-se a modernização tecnológica, a melhoria dos atendimentos, a redução de filas de espera e o fortalecimento da capacidade resolutiva dos serviços prestados à população.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:**
36000	MINISTERIO DA SAUDE

CPF DO RESPONSÁVEL:	**NOME DO RESPONSÁVEL:**
131.926.798-08	ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	**CEP DO RESPONSÁVEL:**
Ed. Sede Ministério da Saúde Bloco G Gabinete	70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 13.366.414/0001-80					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA HIPOLITO SANTOS, SN					
CIDADE: LAGARTO	**UF:** SE	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 3169	**CEP:** 49400000	**E.A.:** Entidade Privada sem fins lucrativos	**DDD/TELEFONE:** 79999688057
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	**AGÊNCIA:** 0645-9		**CONTA CORRENTE:** 5727488792		
CPF DO RESPONSÁVEL: 029.414.415-30	**NOME DO RESPONSÁVEL:** RANIERI SOUZA DURVAL				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: AVENIDA JOSE JOSUE DA SILVA, 135, CASA - CENTRO					**CEP DO RESPONSÁVEL:** 49400000

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 499.992,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R$ 499.992,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	26/12/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	19/06/2027	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2027	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes					
Unidade de Medida: UN		**Quantidade:** 18.0		**Valor:**	R$ 499.992,00
Início Previsto: 26/12/2025		**Término Previsto:** 19/06/2027		**Valor Global:**	R$ 499.992,00
UF: SE	**Município:** 3169 - LAGARTO			**CEP:**	
Endereço:					
Etapa/Fase nº: 1					
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes					
Quantidade: 18.0 UN	**Valor:** R$ 499.992,00	**Início Previsto:** 26/12/2025	**Término Previsto:** 19/06/2027		

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro		**ANO:** 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 499.992,00
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R$ 499.992,00	**PARCELA Nº:** 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000673-Monitor Multiparâmetros			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 2,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 16.793,00	**V.TOTAL:** R$ 33.586,00
OBSERVAÇÃO: PARÂMETROS| TPO E TAMANHO DO MONITOR| SUPORTE PARA MONITOR: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10" A 12"/COM SUPORTEPARÂMETROS| TIPO E TAMANHO DO MONITOR| SUPORTE PARA MONITOR: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP|PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12'|COM SUPORTE			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000483-Aparelho para Hemodiálise			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 2,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 175.841,00	**V.TOTAL:** R$ 351.682,00
OBSERVAÇÃO: Aparelho indicado para tratamento de pacientes adultos e pediátrico, com as seguintes características: Painel com monitor LCD com tela colorida, funcionamento controlado por microprocessador, gabinete construído em material com rigidez para absorver impactos, dotado de rodízios com freio. Sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle de ultrafiltração, equipado para diálise com acetato e bicarbonato líquido. Bomba de infusão de Heparina, programável para uso com seringas comerciais, rolete de bomba de sangue com fluxo e calibre de linha arterial, após sua inserção, capacidade de operar com dialisadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes pediátricos e adultos. Monitor automático e não-invasivo para verificação da pressão arterial com limites máximos e mínimos para: pressão sistólica, diastólica, pressão média e pulso, programável. Variação do nível de sódio e ultrafiltração com programação de perfis pré-definidos. Indicação visual de gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da diálise. Monitorizar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial, pressão venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue; auto check (auto teste) de todas as funções da máquina, com bloqueio para situações anormais. Sistema de desinfecção totalmente automatizado e com inicio pré-programado. Detector de bolhas de ar por ultrassom, com bloqueio da linha venosa. Monitorização e alarme com detector de vazamentos de sangue, com bloqueio de bomba de sangue e by-pass, sistema de by-pass automático e manual para alteração anormal do banho (condutividade e temperatura). Dispositivo ou sistema de bloqueio que impeça o uso de soluções não específicas para o modo de diálise programado. Redução automática da taxa de ultrafiltração quando houver parada da bomba de sangue ou manual em caso de emergência. Proteção contra operação de diálise quando em modo desinfecção e contra operação de desinfecção quando em modo diálise. Possibilidade para punção única e diálise sequencial automatizada. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pelo solicitante.ESPECIFICAR: SIM			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 90.417,00	**V.TOTAL:** R$ 90.417,00

OBSERVAÇÃO: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos;Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90cmH2O e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E,pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e pressão x fluxo; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa.. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2. Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR: SIM

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002272-Cadeira Universitária			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 8,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 794,00	**V.TOTAL:** R$ 6.352,00

OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO | ACESSÓRIOS: ESTOFADO | ESCAMOTEÁVEL | PORTA LIVROSMATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO | ACESSÓRIOS: ESTOFADO | ESCAMOTEÁVEL | PORTA LIVROS

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 001006-Comadre			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 228,00	**V.TOTAL:** R$ 228,00
OBSERVAÇÃO: -Material de confecção em aço inoxidável, com capacidade de 2,1 até 3,5 L.ESPECIFICAR: SIM			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010798-Carro de Emergência			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 5.046,00	**V.TOTAL:** R$ 5.046,00
OBSERVAÇÃO: GAVETAS | SUPORTES PARA CILINDRO SORO E DESFIBRILADOR | TÁBUA DE MASSAGEM | RÉGUA DE TOMADAS: 4 OU 5 | POSSUI | POSSUI | POSSUI			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011199-DEA - Desfibrilador Externo Automático			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 9.930,00	**V.TOTAL:** R$ 9.930,00
OBSERVAÇÃO: AUTONOMIA DA BATERIA / AUXÍLIO RCP / ACESSÓRIO: 50 A 250 CHOQUES / POSSUI / 1 PAR ELETRODOAUTONOMIA DA BATERIA | AUXÍLIO RCP | ACESSÓRIO: 50 A 250 CHOQUES | POSSUI | 1 PAR ELETRODO			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011246-Cadeira de Rodas para Obeso			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 2.346,00	**V.TOTAL:** R$ 2.346,00
OBSERVAÇÃO: CAPACIDADE | BRAÇOS | PÉS: DE 160 KG A 199 KG | ESCAMOTEÁVEL | REMOVÍVELCAPACIDADE | BRAÇOS | PÉS: DE 160 KG A 199 KG | ESCAMOTEÁVEL | REMOVÍVEL			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 001829-Escada com 2 degraus			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA HIPOLITO SANTOS, SN			
CEP: 49400-000	**UF:** SE	**MUNICÍPIO:** 3169 - LAGARTO	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 405,00	**V.TOTAL:** R$ 405,00
OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL			

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449052	R$ 499.992,00	R$ 499.992,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 499.992,00**			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data	Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data	Concedente (Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
Diário Oficial da União Extrato do Convênio nº. 988852.pdf
Termo de Convênio nº. 988852.pdf